

DOCUMENTATION

REF. CV-41 / K03

MASK ULTRA PROTECTION FFP2

MASCARILLA ULTRA PROTECCIÓN FFP2

MASQUE FFP2 ULTRA PROTECTION FFP2

MASCHERINA PROTEZIONE ULTRA FFP2



MASTER BOX: 1000 pcs



CV-41

COLOR: BLANCO/WHITE

ITEM: K03

DESCRIPTION: NAAMIO

MATERIAL:

5 PLY (47% non woven, 31% Meltblown, 22% algodón).

QUANTITY: 1.000

G.W:

N.W:

CNT SIZE:

BATCH NUMBER:

PRODUCTION DATE:

VALIDITY:

MADE IN P.R.C.

BOX: 25 pcs
L138xW138xH110mm



FFP2
Personal Protective Equipment (PPE)
Equipo de Protección Individual (EPI)
CE 0370 | EN 149:2001+A1:2009
Filtration Efficiency ≥ 94%

CV-41 MASCARILLA ULTRA PROTECCIÓN FFP2
Comfortable protection against infection / Protección cómoda contra infecciones.

MASCARILLA ULTRA PROTECCIÓN FFP2
Personal Protective Equipment (PPE)
Equipo de Protección Individual (EPI)
Instructions:

1. Open the foldable mask.
2. Make the nose bridge bar on the up side.
3. Put the strap onto the ear.
4. Adjust the soft bar to fit the nose.
5. Make sure you can breathe well and readjust if necessary.

Instrucciones de uso:

1. Abra la máscara plegable.
2. Ajuste la máscara en la parte superior de la nariz.
3. Ajuste las cintas elásticas por detrás de las orejas.
4. Amolde la pinza nasal a la parte superior de la nariz.
5. Asegúrese de poder respirar bien y ajuste si es necesario.

ATENCIÓN:

1. Esta máscara "NR" es recomendada para un solo uso.
2. Esta máscara ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina por completo la exposición al riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Cambie la máscara inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o la máscara se daña o se distorsiona.

MATERIAL:
47% Non-woven, 31% Meltblown, 22% algodón

Importado por / Imported by:
B30668420, C/ Salfia, 3-5
Pol. Ind. Gaboto Baza 30353 Cartagena (Spain)

Organismo notificado / Notified body:
LGA1 TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPROVED)
Campus UAB - Ronda de la Font del Cameró s/n 08193 Bellaterra - Barcelona (Spain)

FABRICANTE / MANUFACTURER:
HEXCHON GROUP (SHANGHAI) CO., LTD.
Dongshang, Hongqiao Group, Shanghai Group, Parkang Village, Longpu Street,
Bilibi County, Nantong City, Jiangsu Province, China

MADE IN P.R.C.

BAG: 1 pc 133x133 mm

Regulación/ Regulation: 2016/425

FFP2
Equipo de Protección Individual (EPI)
Personal Protective Equipment (PPE)
Model: K03

CE 0370
EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR
Filtration Efficiency ≥ 94%

Importado por / Imported by:
B30668420, C/ Salfia, 3-5
Pol. Ind. Gaboto Baza 30353 Cartagena (Spain)

Organismo notificado / Notified body:
LGA1 TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPROVED)
Campus UAB - Ronda de la Font del Cameró s/n 08193 Bellaterra - Barcelona (Spain)

FABRICANTE / MANUFACTURER:
HEXCHON GROUP (SHANGHAI) CO., LTD.
Dongshang, Hongqiao Group, Shanghai Group, Parkang Village, Longpu Street,
Bilibi County, Nantong City, Jiangsu Province, China

MADE IN P.R.C.

Comprobación certificados / Certificate verification:
www.certificados.cfra.es

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Abra la máscara plegable.
2. Ajuste la máscara en la parte superior de la nariz.
3. Ajuste las cintas elásticas por detrás de las orejas.
4. Amolde la pinza nasal a la parte superior de la nariz.
5. Asegúrese de poder respirar bien y ajuste si es necesario.

ATENCIÓN:

1. Esta máscara "NR" es recomendada para un solo uso.
2. Esta máscara ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina por completo la exposición al riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Cambie la máscara inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o la máscara se daña o se distorsiona.

MATERIAL:
47% Non-woven, 31% Meltblown, 22% algodón

STEP FOR USAGE:

1. Open the foldable mask.
2. Make the nose bridge bar on the up side.
3. Put the strap onto the ear.
4. Adjust the soft bar to fit the nose.
5. Make sure you can breathe well and readjust if necessary.

WARNING:

1. This mask marked "NR" is for single use only.
2. This mask helps protect against certain particulate contaminants but does not completely eliminate exposure to the risk of contracting disease or infection.
3. Change the mask immediately if breathing becomes difficult or the mask becomes damaged or distorted.

MATERIAL:
47% Non-woven, 31% Meltblown, 22% cotton

Fecha de producción / Production date:
Lote / Production Batch:
Plazo de validez / Expiration date:

8 436334 314702



NOTA IMPORTANTE:

En todos los procesos de fabricación de nuestras mascarillas, no se utiliza grafeno o derivados del mismo.

Colaboramos con



Reconocimiento
a la responsabilidad
ambiental



Universidad
Politécnica
de Cartagena



UCAM
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE MURCIA

UIMP Cartagena
Universidad Internacional Menéndez Pelayo



AIOR
E
Empresas
Registradas

Asociaciones y Entidades a las que pertenecemos





惠州康耐士健康材料有限公司
Huizhou Canice Health Material Co., Ltd

EU Declaration of Conformity

Annex IX PPE Regulation (EU) 2016/425

This EU Declaration of conformity refers to the following products

Product Name	Model	Classification/Type
Filtering Half Mask	K03	FFP2 NR

2. The Manufacturer's name and address is as follows:

Name:	Huizhou Canice Health Material Co.,LTD.
Address:	Linchangduimenling,Jiewo Village committe,Longxi Street, Boluo Country, Huizhou City, Guangdong , China

3.This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer. 4.Detailed description of the PPE to allow traceability/identification of the PPE.

Model: K03 FFP2 NR

White Folding face mask .

The article identified in (4) above is in conformance with the relevant Union Harmonization Legislation Regulation (EU) 2016/425. References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

UNIVERSAL Certification Services Limited. (NB0370) performed the EU Type Examination (Module C) and issued the Type

No.	Harmonized standard name
1	EN 149:2001+A1:2009
No.	EU Type Examination (Module B) Certificate Number
1	0370-4146-PPE/B

Product Category:

☐ This section to be adapted in accordance to and in reference to the Certificate of Conformance and EU Type Examination Certificate, should be clarified and adapted with the NB 0370

☒ This product is Category III and is subject to Module C2 internal production control plus supervised product checks at random intervals and is under the surveillance of 0370.

☐ Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex IX

Signature:

江楠

Date: 2020/11/10

company shall be signed



扫描全能王 创建



Notified Body No. 0370



No.

0370-4146-PPE/B

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ORGANISMO NOTIFICADO Nº <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	Huizhou Canice Health Material Co., Ltd. Linchangduimenling, Jiewo Village Committee, Longxi Street, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China.
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	Huizhou Canice Health Material Co., Ltd. Dongbianyi, Hongxing Group, Dongfeng Group, Pushang Village, Longxi Street, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China.
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // <i>Module:</i> B EXAMEN UE DE TIPO / EU TYPE EXAMINATION
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: K03 Disposable filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP2 NR
NORMAS ARMONIZADAS / HARMONISED STANDARDS	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. <i>EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking</i>
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	04/08/2020
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL	04/08/2025
<p>El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).</p> <p><i>This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D (carried out by a Notified Body according to the established frequency).</i></p>	

p.a.

Applus⁺

LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña

Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate into our website at:

www.appluslaboratories.com/certified_products

ANEXO TÉCNICO

TECHNICAL ANNEX

0370-4146-PPE/B

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

MARCA <i>BRAND</i>	CANICE
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: K03 Disposable filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	PTC20070801001C-EN01 issued by Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.(PTC)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE



Organismo Notificado N° 0370



No. **0370- 4309-PEE/C2**

ORGANISMO NOTIFICADO N° <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	Huizhou Canice Health Material Co., Ltd Linchangduimenling, Jiewo Village Committee, Longxi Street, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China.
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	Huizhou Canice Health Material Co., Ltd Linchangduimenling, Jiewo Village Committee, Longxi Street, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China.
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE TO TYPE</i>	Módulo // <i>Module:</i> C2 BASADA EN EL CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN MÁS EL CONTROL SUPERVISADO DE LOS PRODUCTOS A INTERVALOS ALEATORIOS <i>BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED CONTROL OF PRODUCTS AT ALEATORY INTERVALS</i>
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: K03 Disposable filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP2 NR
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	03/09/2020
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL:	03/09/2021
El presente certificado se mantendrá vigente durante 1 año siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en el Certificado de Examen UE de Tipo referenciado en el Anexo. <i>This certificate will remain in force for 1 year as long as the conditions established in the EU Type certificate referenced in the annex are not modified.</i>	


LGAi Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate into our website at:
www.appluslaboratories.com/certified_products

ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

0370-4309-PPE/C2

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

Nº CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO <i>NR. EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE</i>	0370-4146-PPE/B
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS) (Organismo notificado nº 0370 / Notified Body nr. 0370).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	04/08/2020
VALIDEZ HASTA <i>VALIDITY UNTIL</i>	04/08/2025
MARCA <i>BRAND</i>	CANICE
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: K03 Disposable filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
INFORME DE ENSAYO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY TO TYPE TEST REPORT</i>	PTC20080600101C-EN01 issued by Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.(PTC).